máquinas de anestesia

TECH MEDICA
EQUIPOS MEDICOS

Wato EX-20

Pantalla LCD de 7”.
Pacientes adultos y pediátricos.
Ventilador electrónico, controlado por volumen.
PEEP Electrónica.
Tres gases (O2, N2O y Aire).
Alarmas audibles y visuales.
Monitorización O2.
Monitorización de FiO2.
Batería de Litio (90min).

máquinas de anestesia

Wato EX-20

Especificaciones Técnicas

Con máximo rendimiento técnico, de diseño contemporáneo y ergonómico, acorde con el último concepto de la anestesia moderna.

La Wato EX-20 está diseñada para la facilidad de uso, incorporando la máxima seguridad de los pacientes en la práctica diaria de anestesia. Su tamaño reducido y compacto es adecuado para cualquier ambiente donde el espacio es limitado.

Pantalla	LCD Color 7"
Batería	Si, (75 min c/u)
Fuente de gas	O2 + N2O + Aire
Lenguaje	Español
Posición para vaporizadores	2, No incluye Vaporizadores
Compatibles	Isoflorane, Sevoflorane, Halotane,Desflurane, Enflurane
Ventilación controlada por volumen	Si 40-1500ml, con compensación de volumen tidal.
Ventilación controlada por presión	No
PEEP electrónica	Si
Software	Incluye; Modo VCV, compensación VT,monitorización de volumen.
Monitorización de O2	Si, Incluye sensor O2 "Medicel MOX-2",Cable del sensor.
Sistemas AGSS	Pasivo, incluye manquera y adaptador.
SIMV	Opcional
Monitorización de presión de Aire	Si
Monitoreo de oxígeno inspirado	Si
Accesorios	Circuito de paciente Adulto,mascara, válvula, Circuito de respiracion.

La unidad principal incluye; ventilador, medidor de flujo mecánico, circuito de respiración con absorción de CO2, 1 cajón, una batería de litio, guía rápida y manual de usuario.

- La gran pantalla color LCD muestra todos los datos de configuración de ventilador, la información de medición, los bucles y las tendencias numéricas / gráficas.
- Multi-pantalla seleccionable: Standard, letra grande o control.
- Gestión de alarmas inteligentes, por ejemplo, permanente silencio de alarma / alarma de apnea especialmente utilizado en el procedimiento de derivación cardio.



Interfaz de usuario amigable e intuitiva!

- Minimo volumen tidal por debajo de 40ml adecuado para paciente pediatrico.
- Compensación de VT y PEEP electrónica que corrigen automáticamente el flujo de gas fresco, de fugas del sistema y cambios en el circuito.

TECH-MEDICA EQUIPOS MÉDICOS
Cra 8 No. 30 - 44 • PBX: (57 - 4) 7826085
Celular: 300 7008000 • info@techmedica.com.co
Montería, Colombia

TECH-MEDICA EQUIPOS MEDICOS

Especi?caciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.